

買 入 仕 様 書

海上保安学校宮城分校

- 1 契約件名
短絡式電圧検出盤 2 台ほか 2 点買入（宮校）
- 2 納入期限
令和 8 年 3 月 3 1 日
- 3 履行（納入）場所
海上保安学校宮城分校（宮城県岩沼市下野郷字北長沼 4）
- 4 納入数量等
別紙 1 内訳書のとおり
- 5 仕様
 - （1） 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン法）において、特定調達品目に該当するものは、基準に適合したものを納入すること。
 - （2） 納品する物品の規格については、仕様を満たすことを証明するカタログ等の資料を添え別紙 2「仕様確認申請書」を提出し、海上保安学校宮城分校長の確認を受け、支出負担行為担当官の承認を得るものとする。
 - （3） 物品の納入にあたっては、事前に海上保安学校宮城分校担当職員（以下「担当職員」という。）と納入日時を調整し、「納品書」を送付したうえで納入すること。
 - （4） 納品物を担当職員の指定する箇所に設置し、正常に動作確認済みの状態をもって納品完了とする。
- 6 検査
本契約は物品の納入及び動作確認が行われたことを検査職員が検査し、検査職員の検査合格をもって、履行完了とする。

7 支払

代金の支払いは履行完了後、一括払いとし、受注者は海上保安学校の指定する様式により請求書を作成提出すること。海上保安学校は、受注者から適正な請求書を受理した後、30日以内に受注者の指定する口座に請求代金を支払うものとする。

8 その他

- (1) 本仕様書に疑義を生じた場合は、担当職員と協議すること。
- (2) 本仕様書に記載の無い一般事項は、「海上保安学校入札・見積者心得書」による。
- (3) 納入、搬出に際して納入品及び官の物品に損害を与えた場合は、受注者の負担により現状に復すること。

内訳書

① 短絡式電圧検出盤

数量

- | | |
|-------------------------|-----|
| ・ Battery:PN1152552-1 用 | 1 台 |
| ・ Battery:PN1152554-1 用 | 1 台 |

構成

- ・ 電圧検出盤内に短縮回路を配置した構造であること。
- ・ 従来の電圧検出盤と同様に使用できること。
- ・ 上記に記載したバッテリー専用で作成されていること

② バッテリー試験測定装置

数量 1 台

構成

- | | |
|------------|---------------------------|
| ・ 測定チャンネル数 | 最大 23 チャンネル |
| ・ 測定電圧 | ±4.095V（入力抵抗約 39kΩ） |
| ・ 測定分解能 | 1mV |
| ・ 測定確度 | ±(読取値の 0.2%+2 デジット) |
| ・ 記録時間設定 | 1～99 分（1 分刻み） |
| ・ 最大記録時間 | 99 時間 59 分 |
| ・ 電圧下限設定 | 0～4.095V（0.001V 刻み） |
| ・ 入力電源 | AC85～132V（48～440Hz） |
| ・ 消費電力 | 最大 40VA |
| ・ 外形寸法 | 約 W250×H100×D300mm（突起部除く） |
| ・ 重量 | 約 4.8kg |

③ バッテリー充放電装置

数量 1 台

構成

・ 入力電源	単相 AC200V 50/60Hz
・ 消費電力	約 2.5kVA
・ 充電部 回路数	1 回路
・ 充電部 定電圧動作 -電圧	0～45V（連続可変）
・ 充電部 定電圧動作 -電流	30A（連続定格）
・ 充電部 定電圧動作 -リップル	100mV 以下
・ 充電部 定電流動作 -電流	0.5～30A（連続可変）
・ 充電部 定電流動作 -電圧	45V（連続定格）
・ 充電部 定電流動作 -リップル	50mA 以下
・ 充電部 タイマー	デジタルタイマー（最大 99 時間 59 分）
・ 放電部 回路数	1 回路
・ 放電特性	定電流特性
・ 放電電流	0.5～50A（連続可変）
・ 放電電圧	30～16V の範囲内
・ 放電部 タイマー	デジタルストップウォッチ（最大 99 時間 59 分）
・ 安定度	30～16V の変化で±1.0%
・ 保護回路	過電圧・過電流・過温度保護付き
・ 入力ケーブル	3m 200V 三相交流対応
・ 出力ケーブル	2m 2EA 付き Battery:PN1152552-1 用 1 式 Battery:PN1152554-1 用 1 式
・ 外形寸法	約 W460×D470×H700mm（キャスター付き）
・ 重量	約 60kg

仕様確認申請書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
海上保安学校長 殿

(競争参加者の)

住 所

商号又は名称

代表者名

海上保安学校が公示した入札公告「短絡式電圧検出盤2台ほか2点買入（宮校）」について、カタログ等物品の仕様確認に必要な資料を添えて申請します。

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先1：

連絡先2：

別添

件 名 短絡式電圧検出盤 2 台ほか2点買入（宮校）

	品 目	規 格 等	数 量	※合否 の判定	備 考
1	短絡式電圧検出盤			合・否	
2	バッテリー試験測定装置			合・否	
3	バッテリー充放電装置			合・否	
4				合・否	
5				合・否	
6				合・否	
7				合・否	
8				合・否	
9				合・否	
10				合・否	
11				合・否	
12				合・否	
13				合・否	
14				合・否	
15				合・否	

※欄は、海上保安学校で使用するもので記入しないで下さい。

※	最終判定
合 ・ 否	